

# ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Можност за погрешно мерење на нивото на глюкоза во крвта

Користете **ИСКЛУЧИВО** монитори или тест лентички кои се специфични за глюкоза. Овие методи се вообичаени во клиничките лаборатории. Контактирајте го производителот на глюкозните монитори и тест лентичките за да го утврдите методот кој се користи.

**НЕ** користете монитори или тест лентички за мерење на глюкоза во крвта кои користат методи со глюкоза дихидрогеназа пиролокинолинкинон (GDH PQQ) или глюкоза-ди-оксидоредуктаза. Дополнително, не треба да се користат некои, но не и сите, монитори или тест лентички кои го користат методот со глюкоза дехидрогеназа флавин-аденин динуклеотид (GDH-FAD). Употребата на овие методи може да доведе до читање на лажно зголемени нивоа на глюкоза во крвта кај пациентите кои користат EXTRANEAL (Icodextrin) поради интерференција со малтозата. Лажно покаченото ниво на глюкоза во крвта може да ја прикрие постоечката хипогликемија или да доведе до погрешна дијагноза на хипергликемија, што може да доведе до живото-загрозувачки настани. За дополнителни информации, меѓу кои и листа на компатибилни глюкозни монитори, посетете ја интернет страната: [www.glucosafety.com](http://www.glucosafety.com).

**Baxter**

За предупредувања видете ја другата страна

Име на пациент

Користи **EXTRANEAL (Icodextrin)**  
раствор за перитонеална дијализа

Центар за  
дијализа

Контакт за итни информации

Друг контакт



Датум на подготовка: Септември 2022. МК-RC21-220004