

Medtronic

Итно известување за безбедност на терен Инсулински пумпи од серијата MiniMed™ Paradigm™ и MiniMed™ 508

Прашања на безбедност на компјутерски податоци

Јуни 2019

Референтен број на Medtronic: FA875

Почитуван лекар, здравствен работник,

Го добивте ова писмо бидејќи нашата документација покажува дека Вие водите пациенти за кои постои можност да користат инсулинска пумпа на Medtronic MiniMed™ Paradigm™ или MiniMed™ 508. Бидејќи безбедноста на пациентот е наш главен приоритет, Ве известуваме за потенцијалниот ризик за безбедноста на компјутерските податоци. Целта на овој допис е да бидете запознати дека ние ќе ги известиме сите пациенти кои би можеле да имаат инсулинска пумпа MiniMed™ Paradigm™ и MiniMed™ 508.

Потенцијален ризик за безбедноста на компјутерски податоци:

Инсулинските пумпи MiniMed™ Paradigm™ и MiniMed™ 508 се наменети за комуникација со други уреди, како што се апарат за мерење шеќер во крвта, предаватели на сензор за гликоза, CareLink™ USB уеди, и далечински програматори, да користат безжична радио фреквенција (RF).

Истражувачите на безбедност идентификувале потенцијални слабости во безбедноста на компјутерските податоци поврзани за овие инсулински пумпи. Постои можност неовластено лице со специјални технички способности и опрема, да испрќа RF сигнали на инсулинска пумпа во близина, за да ги промени поставките на пумпата и да ја контролира испораката на инсулин. Тоа може да доведе до хипогликемија (доколку се достави дополнително количество инсулин) или до хипергликемија и дијабетска кетоацидоза (доколку не се достави доволно количество инсулин).

ВАЖНА НАПОМЕНА: Ние не сме добиле ниту една пријава за промена на поставките или контролирање на испораката на инсулин од страна на неовластени лица.

МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕВЗЕМАТ:

Заради Ваша безбедност, Ви препорачуваме да ги преземете следните мерки на претпазливост:

- Чувајте ја инсулинската пумпа и уредите кои се приклучени на Вашата пумпа секогаш под Ваша контрола .
- Немојте никому да го давате сервискиот број на пумпата.
- Внимавајте на известувањата, алармите и предупредувањата на пумпата.
- Веднаш откажете ја секоја непланирана доза на лекот.
- Внимателно следете ги нивоата на шеќер во крвта и постапувајте соодветно.
- Не се приклучувајте на никаков уред на други лица и не користете никаков софтвер кој не е одобрен од Medtronic.



Medtron

- Исклучете го Вашиот CareLink™ USB уред од компјутер кога не го користите за превземање податоци од Вашата пумпа
- Веднаш побарајте медицинска помош ако почувствувате симптоми на сериозна хипогликемија или дијабетска кетоацидоза, или ако се сомневате дека поставките на Вашата инсулинска пумпа или испораката на инсулин неочекувано се смениле.

Моделите на пумпа кои СЕ подложни и на овој потенцијален проблем:

Инсулинска пумпа

MiniMed™Paradigm™ 512/712 пумпи
MiniMed™Paradigm™ 515/715 пумпи
MiniMed™Paradigm™ 522/722 пумпи
MiniMed™Paradigm™Veo554/754 пумпи (софтвер 2.5 или 2.6)
MiniMed™508 пумпи

Овие модели на пумпи НЕ се подложни на овој потенцијален проблем:

Инсулинска пумпа

MiniMed™ Paradigm™ Veo 554/754 со софтвер 2.7A или со поголем број

За да ја најдете верзијата на софтвер за пумпите MiniMed™ Paradigm™ Veo 554/754 одет на екранот STATUS:

- За да го отворите екранот STATUS , држете го притиснато копчето ESC се додека не се појави екранот STATUS.
- За да видите повеќе текст на екранот STATUS , притискајте ја стрелката за нагоре или за надолу за да се движи текстот и да ги видите сите информации.
- За да излезете од екранот STATUS, држете го притиснато копчето ESC се додека не се изгуби екранот STATUS .

MiniMed™640G пумпа
MiniMed™670G пумпа

Надлежниот орган во Вашата земја е известен за оваа мерка.

Ние сме посветени на безбедноста на пациентот и би Ви биле благодарни ако веднаш посветите внимание на овој проблем.

Сите пациенти кои имаат какви било прашања или им е потребна помош можат да се јават на нашиот телефонски број за помош: : + 389 2 3204 466.

Лице за контакт:

Ружица Серафимовска
rserafimovska@alkaloid.com.mk

Одговорно лице за фармаковигиланца и материовигиланца:

Невена Станкова Донева
nstankova@alkaloid.com.mk

