

Јуни 2020

Почитуван <здравствен работник/ризик менаџер>,

Medtronic издава повеќе ажурирања на софтверски апликации кои ќе се однесуваат на едно или повеќе корективни дејствија за безбедност на терен. Детали за специфични ажурирања на софтверот може да најдете во приложените документи.

Овој допис го примате бидејќи нашата евиденција покажува дека еден или повеќе програматори или помагала за кои станува збор, се дистрибуирани во Вашата установа.

Програматори подложни на проблемот и апликации за далечински мониторинг на софтвер	Програматори подложни на проблемот
2090 CareLink™ програматор 29901 Encore™ програматор CareLink Network Application Software 2491 CareLinkSmartSync™ Device Manager MyCareLink Heart™ Mobile Application	Подгрупа на следните помагала: Claria MRI™/Amplia MRI™/Compia MRI™/Viva™/Brava™ CRT-Ds Visia AF™/ Visia AF MRI™ /Evera™/ Evera MRI™/Primo MRI™/Mirro MRI™ ICDs Azure™/Astra™ IPGs Percepta™/Serena™/Solara™ CRT-Ps Micra™ TPS

Завршувањето на ажурирања на програматорите може да биде одложено заради рестрикциите на установата поврзани со пандемијата со COVID 19. Врз основа на потребите и достапноста на Вашата установа, претставник на Medtronic или овластен персонал ќе Ви помогне во инсталирање на ажурирањата на софтверот.

Ако имате какви било прашања, Ве молиме контактирајте со Вашиот претставник на Medtronic на rserafimoska@alkaloid.com.mk. Компанијата Medtronic останува посветена на безбедноста на пациентите и ќе продолжи да ја следи работата на помагалата за да биде сигурна дека ги исполнуваме Вашите потреби и потребите на Вашите пациенти.

Одговорно лице за фармаковигиланца и материовигиланца
Невена Станкова Донеvsка
nstankova@alkaloid.com.mk

Прилози

- FA844 Фаза IV: Medtronic Conexus™ телеметрија: Ажурирање на дописот од март 2020
- FA887 Фаза II: CFx грешка на софтверот на проценител на век на траење

