

Безбедносна информација за корективна мерка за постапување


Брз комфорен тест за самотестирање - NASOCHEK comfort SARS-CoV-2

Почитувани здравствени работници,

Ве известуваме за безбедносна корективна мерка за медицинското средство Брз комфорен тест за самотестирање - NASOCHEK comfort SARS-CoV-2 која се однесува на можноста во некој примерок од пакувањето да недостасува течност (реагенс) за изведување на тестот и во ретки случаи да недостасува брис стапче. Ве замолуваме да го замените тоа пакување од тестот со нов комплетиран тест. Со тоа би сакале да излеземе во пресRET на пациентите и целта да се направи брз скрининг при што ќе се спречи понатамошно ширење на инфекцијата.

Вие, неисправното пакување треба да го пријавите и вратите во соодветната веледрогерија од каде сте го набавиле, при што ќе Ви биде заменето од нивна страна.

Несаканите реакции од медицинското средство може да ~~и~~ пријавите кај носителот на решение за запишување во регистерот на медицински средства достапни во Република Северна Македонија – СИНЦЕРИТАС А.Д. Скопје (info@sinceritas.eu) или на телефон 071333770 и во Националниот центар за фармаковигиланца при Агенцијата за лекови и медицински средства (ул.Св.Кирил и Методиј бр.54 кат. 1) или по електронски пат преку веб страната на Агенцијата <http://malmed.gov.mk/>.



Со почит,

Катерина Дојчиновска

Одговорно лице за материовигиланца